Instrucciones de uso

Pipetas precalibradas

Objetivo previsto
Los capilares están destinados a la manipulación, el transporte y el almacenamiento de muestras de sangre capilar humana con fines de examen diagnóstico *in vitro* y uso en laboratorio. Los capilares también pueden utilizarse para contener otros fluidos corporales.

Los capilares están destinados al uso profesional por parte de médicos, enfermeras y técnicos de laboratorio, formados para la toma de muestras de sangre capilar. Los dispositivos pueden utilizarse en un entorno de pruebas cercano al paciente.

Precauciones/Limitaciones de uso
- Lea atentamente las instrucciones antes de utilizarlo.
- Tome las precauciones normales necesarias para manipular muestras biológicas. Utilice guantes y gafas de seguridad.
- No reutilizar el producto.

⚠ **PRECAUCIÓN:** ¡Vidrio! Manipúlelo con cuidado. No doble el tubo, ya que podría romperse. Cuidado con las posibles lesiones debidas a la rotura del vidrio. ¡Peligro de infección! Acuda inmediatamente al médico.

Información
Las pipetas precalibradas están destinadas a aplicaciones en las que se requiere un volumen de tubo capilar muy preciso. Las pipetas son conformes a la norma ISO 7550.

Selección del lugar de muestreo
La muestra de sangre capilar se recoge de un corte o una punción en el dedo, en el lóbulo de la oreja o en el talón (recién nacido) del paciente.

Cómo utilizarlo
Las Pipetas Precalibradas se llenan sujetando la pipeta por un extremo en posición horizontal con un ligero ángulo y sumergiendo el otro extremo en una gota de sangre.

Las pipetas precalibradas sólo deben llenarse hasta la marca de calibración.

Condiciones de almacenamiento
Las pipetas precalibradas deben conservarse secas a temperatura ambiente y protegidas de la luz solar durante un máximo de 4 años.

Eliminación
Aplique todas las normativas locales de eliminación pertinentes para determinar la eliminación segura.

⚠ **ADVERTENCIA:** Manipular los residuos como material potencialmente biopeligroso. Eliminar los residuos de acuerdo con las instrucciones y procedimientos de laboratorio aceptados.

Notificación de incidentes
Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el producto deberá notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentre el usuario y/o el paciente.

Especificaciones

Uso previsto	En laboratorios para transferir pequeñas cantidades definidas de fluido, normalmente hasta 1µl. Suelen utilizarse en laboratorios de química, biología, medicina forense, farmacia e investigación farmacéutica. (Pueden recubrirse con anticoagulantes, por ejemplo, para examinar enfermedades de la sangre).
Material	Vidrio borosilicato
Anticoagulante	Simple (anticoagulante a petición)
Pulido a la llama	Sí, en el extremo con código de colores
Longitud	125 mm
Tolerancias Volumen	0.30%
Tolerancias Diámetro	±0,05 mm (OD)
Tolerancia Longitud	±1,0 mm
Accesorios	Soporte para pipetas
Caducidad	Vidrio: 4 años

Tolerancias

Vol. (µl)	Precisión	Coeficiente de variación (CV)
1-5	± 0.30%	0.60%
10-200	± 0.25%	0.50%

Fabricante
Vitrex Medical A/S
Vasekær 6-8
2730 Herlev
Dinamarca
Teléfono: +45 44947011
Correo electrónico: vitrex@vitrex.dk
https://www.vitrexmedical.com/

Titular de la marca MARIENFELD SUPERIOR
Paul Marienfeld GmbH & Co. KG
Am Wöllerspfad 4
97922 Lauda-Königshofen
Alemania